Veinopress® C1

Veinopress® est une marque déposée d'innothéra Topic

BANDE ÉLASTIQUE COHÉSIVE DE CONTENTION

Veinopress® CI

Bande sous film.
Longueur non étirée : 3,5 mètres. Coloris : chair.

CODE	DIMENSIONS	GROUPAGE en UCD
0592	3,5 m x 8 cm	6
0593	3,5 m x 10 cm	6

LABORATOIRES URGO ▪ 42 RUE DE LONGVIC ▪ 21300 CHENÔVE ▪ TÉL 03 80 54 50 00 ▪ FAX 03 80 44 74 52 ▪ www.urgomedical.fr

Veinopress® C1

Veinopress® est une marque déposée d'innothéra Topic

DESCRIPTION

- Bande tissée élastique en longueur enduite de fines particules de latex : Viscose 63,5 %, coton 30 %, élasthanne 6,5 %.

PROPRIÉTÉS

- Force de contention I (20 à 45 cN/cm).
- Extensibilité ≥ 120 %.
- Grammage moyen au repos : 290 g/m².
- Grammage moyen bande étirée : 130 g/m².
- Auto-adhésive grâce à l'effet cohésif induit par les particules de latex pulvérisées qui s'imbriquent à la pose.
- Facile à poser : repositionnable.
- Déchirable à la main dans le sens de la largeur.
- Aérée : les composants naturels de la bande favorisent les échanges vers le milieu extérieur.
- Confortable : elle n'adhère ni à la peau, ni aux poils et s'enlève sans douleur.
- Douce au toucher.
- Excellente tolérance cutanée : test d'Irritation Primaire Cutanée (IPC) de 0,17 classe " non irritant " (sauf allergie propre à un des composants de la bande).
- Tenue à la stérilisation vapeur : . 120°C - 20 min
  . 134°C - 18 min (légère perte de force de contention).
  . Retirer préalablement l'emballage et le tube, plier la bande en accordéon.
- Lavable et réutilisable.

INDICATIONS

Indications

- PHLÉBOLOGIE : . contention dans la prévention et le traitement de l'insuffisance veineuse et ses complications,
  . contention post-chirurgicale dans la chirurgie des veines,
  . contention dans le traitement des œdèmes lymphatiques.

Contre-indications

- Allergie au latex.
- Artérite des membres inférieurs stage III et IV.
- Microangiopathie diabétique évoluée.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

- 1. Dérouler 20 à 30 cm de bande de façon à enrouler la partie du corps à protéger et relâcher la tension de la bande.
- 2. Poser le premier tour de bande, puis continuer le bandage en recouvrant chaque tour d'au moins la moitié du tour précédent.
- 3. Afin d'assurer une bonne tenue de la bande, le dernier tour ne doit pas être en contact avec la peau mais recouvrir complètement le tour précédent.
- 4. Terminer le bandage en pressant l'extrémité de la bande avec la paume de la main pendant quelques secondes.
- 5. Le dernier tour de bandage doit être posé SANS TENSION.

Précautions d'emploi

- Ne jamais poser la bande directement sur une peau lésée.
- Lors de la pose, le gaufrage doit toujours rester apparent, garantissant ainsi une application sûre.
- La bande doit être posée avant le lever - à partir des orteils, en remontant sur la jambe - et conservée jusqu'au coucher.
- En cas d'usages prolongés ou répétés, les fils élastiques peuvent être fragilisés par l'utilisation de corps gras sous le bandage.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Laver à la main ou en machine dans une eau à 40°C maximum, sans détergent et sans chlore.
- Rincer et laisser sécher à plat.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière et de la chaleur.

STATUT RÉGLEMENTAIRE

- Dispositif médical de classe I.

CE

SOMMAIRE

09/2008

URGO